

측정 분야(Measurement Field) : 601. 음향 (Sound in air)

| 분류 번호 | 측정기명 | 권장교정주기 | | 표준 교정수수료 (원) | | |
|----------|---|---------------------------|----------------|--------------|---|----------------------|
| | | 교정용 표준기 | 정밀 계기 이하 | 기본 수수료 | 추가 수수료 | 표준소급비 |
| 60101 | 청력계 (Audiometers) | 12 | 12 | 실비 | | 기본 및 추가 수수료의 10 % |
| 60102 | 음향 교정기; 음압 레벨 교정기, 피스톤 폰 (Sound calibrators) | 12 | 12 | 44,100 | 1) 1 주파수 기준 2) 추가 주파수 마다 80 % 추가 3) 음압 교정기(Sound calibrators), 피스톤 폰 (Piston phones) 동일 적용 | " |
| 60103 | 모의 귀 (Ear simulators) | 12 | 12 | 실비 | | " |
| 60104 | 마이크로폰 (Microphones) | 12 | 12 | | | " |
| | 1 | 가역교정 (Reciprocity cal.) | | 실비 | | " |
| | 2 | 비교교정 (Comparison cal.) | | 48,600 | 1) 15 측정점 이하 기준 2) 추가 측정점 마다 10 % 추가 | " |
| 60105 | 기준 음원 (Reference sound sources) | 12 | 12 | 44,100 | 소음 발생기(Noise generators) 동일 적용 | " |
| 60106 | 소음계 (Sound level meters) | 12 | 12 | 65,400 | 1) 7 측정점 이하 기준 2) 추가 측정점 마다 10 % 추가 3) A, B, C, linear 기능 60 % 추가 | " |

측정 분야(Measurement Field) : 602. 수중음향 (Sound in water)

| 분류 번호 | 측정기명 | 권장교정주기 | | 표준 교정수수료 (원) | | |
|----------|--|------------|----------------|--------------|--|----------------------|
| | | 교정용 표준기 | 정밀 계기 이하 | 기본 수수료 | 추가 수수료 | 표준소급비 |
| 60201 | 초음파 하이드로폰 (Ultrasonic hydrophones) | 12 | 12 | 실비 | 가역교정(Reciprocity cal.), 비교교정(Comparison cal.) 동일 적용 | 기본 및 추가 수수료의 10 % |
| 60202 | 초음파 변환기 (Ultrasound transducers) | 12 | 12 | 실비 | | " |
| | 1 가역교정 (Reciprocity cal.) | | | | | " |
| | 2 비교교정 (Comparison cal.) | | | | | " |
| 60203 | 초음파 파워 측정기 (Ultrasonic power meters) | 12 | 12 | 실비 | | " |
| 60204 | 초음파 파워 교정기 (Ultrasonic power calibrators) | - | 12 | 실비 | | " |
| 60205 | 수중음향 하이드로폰 (Non-ultrasonic hydrophones) | - | 12 | 실비 | | " |

측정 분야(Measurement Field) : 603. 진동 (Vibration)

| 분류 번호 | 측정기명 | 권장교정주기 | | 표준 교정수수료 (원) | | |
|----------|--|------------|----------------|--------------|---|----------------------|
| | | 교정용 표준기 | 정밀 계기 이하 | 기본 수수료 | 추가 수수료 | 표준소급비 |
| 60301 | 진동 교정기 (Vibration calibrators) | 12 | 12 | 49,300 | | 기본 및 추가 수수료의 10 % |
| 60302 | 진동 변환기 (Vibration transducers) | 12 | 12 | | | " |
| 1 | 가속도계 (Accelerometers) 속도 진동센서 (Velocity picu-ups) | | | | | " |
| | 1 절대교정 (Absolute cal.) | | | 실비 | | " |
| | 2 비교교정 (Comparison cal.) | | | 137,800 | 1) 10 측정점 이하 기준 2) 추가 측정점 마다 20 % 추가 | " |
| 2 | 지진 변환기 (Seismic transducers) | | | 실비 | | " |
| 60303 | 진동 측정기 (Vibration measuring instruments) | 12 | 12 | 133,100 | 공통적용: 1) 8 측정점/1 기능(가속도 또는 속도변위) 기준 2) 추가 측정점 마다 20 % 추가 3) 추가 1 기능 마다 80 % 추가 | " |
| 60304 | 회전 진동 교정기 (Angular vibration calibrators) | 12 | 12 | 실비 | | " |
| 60305 | 회전 진동 변환기 (Angular vibration transducers) | 12 | 12 | 실비 | | " |
| 60306 | 회전 진동 측정기 (Angular vibration measuring instruments) | 12 | 12 | 실비 | | " |